




Meditech Europe

Bedienungsanleitung

Swing Zapper

(Base / Complete / Pulse)



Übersetzung Ursprüngliche Bedienungsanleitung
Version DE V2 2024/04



Meditech Europe

Live in Harmony

Projektdaten : November 2023

Handelsname : Meditech Europe B.V.
Produktname : Swing Zapper
Typ : Base, Complete, Pulse
Leistung : 3 V (2x 1,5 V-Batterie)

Hersteller : Meditech Europe B.V.
Autor : J. K.

Adresse : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Niederlande
Telefon: +31 527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

USt-IdNr. NL859592480B01

Änderungsindex : V2
Revisionsdatum : 2024/04



Inhalt

1	Über diese Bedienungsanleitung	5
1.1	Allgemein	5
1.2	Warnsymbole.....	5
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.1	Grundprinzipien	6
2.2	Vorgesehener Verwendungszweck	6
2.3	Auswahl und Qualifikation des Personals.....	6
2.4	Sicherheitshinweise.....	7
2.5	Notfallmaßnahmen	7
3	Lieferumfang.....	8
4	Technische Beschreibung	9
4.1	Übersicht.....	9
4.2	Typenschild.....	9
5	Transport.....	10
5.1	Vor dem Transport.....	10
5.2	Transport des Geräts	10
5.3	Auspacken des Geräts	10
6	Bedienung des Geräts	11
6.1	Bedienung des Geräts.....	11
6.2	Wechsel der Batterien	11
7	Hilfe bei Störungen.....	12
8	Außerbetriebsetzung	13
8.1	Entsorgung und Recycling	13



9	Garantie	14
10	EG-Konformitätserklärung	15



1 Über diese Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Swing Zappers durch, beziehungsweise wenn Sie als autorisierter/Techniker in Arbeiten daran durchführen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Meditech Europe.

Beachten Sie insbesondere das Kapitel 2 „Allgemeine Sicherheitshinweise“.

1.1 Allgemein

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen dienen der Beschreibung des Swing Zappers und sollen sicherstellen, dass Sie die Funktionen des Produkts optimal nutzen können.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für die sichere und korrekte Nutzung des Swing Zappers. Dies trägt dazu bei, dass:

- Gefahren vermieden werden,
- Reparaturkosten und der Ausfall des Produkts vermieden werden,
- eine bessere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer des Produkts gewährleistet sind.

Diese Anweisungen müssen von allen Personen gelesen und angewendet werden, die berechtigt sind, Arbeiten am Swing Zapper durchzuführen und über 18 Jahre alt sind.

Ergänzend zu dieser Bedienungsanleitung sind die für das jeweilige Land der Nutzung und den Anwendungsstandort geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten.

1.2 Warnsymbole



Nichtionisierende Strahlung

Dies bedeutet, dass das Produkt niederenergetische Strahlung (Radiowellen und Radiofrequenzen) aussendet.



2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Grundprinzipien

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an Meditech Europe.

Öffnen Sie den Swing Zapper nicht. Dies ist ausschließlich dem Fachpersonal von Meditech Europe vorbehalten. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von anderen Personen als dem Fachpersonal von Meditech Europe geöffnet wurde.

Verwenden Sie den Swing Zapper niemals in feuchten Räumen, beispielsweise im Badezimmer. Vermeiden Sie Hitze und Kälte.

Der Swing Zapper ist ein Gerät, das Frequenzen erzeugt. Es ist kein Medizinprodukt. Aus der Verwendung des Swing Zappers können keine Rechte abgeleitet werden, und es können auch keine Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung geltend gemacht werden. Die Nutzung des Swing Zappers erfolgt ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Anwenders.

Reinigung des Swing Zappers: Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Bei hartnäckigen Flecken kann ein feuchtes Tuch verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach nicht nass wird.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Verwendung des Swing Zappers wenden Sie sich bitte immer an Meditech Europe unter der folgenden Rufnummer +31 527 292331 oder per E-Mail an info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe übernimmt keinerlei Haftung für den Missbrauch, den unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden aufgrund einer anderen als der in dieser Anleitung beschriebenen Nutzung. In Streitfällen gilt niederländisches Recht.

2.2 Vorgesehener Verwendungszweck

Der Swing Zapper ist ein Gerät, das Frequenzen erzeugt.

2.3 Auswahl und Qualifikation des Personals

Der Swing Zapper wurde von Meditech Europe in Emmeloord (NL) hergestellt. Meditech Europe arbeitet ausschließlich mit qualifizierten und zertifizierten Herstellern.



2.4 Sicherheitshinweise

Verwenden Sie den Swing Zapper nicht, wenn Sie schwanger sind.
Verwenden Sie den Swing Zapper ebenfalls nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen Implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) oder eine Insulinpumpe tragen.

Verwenden Sie den Swing Zapper immer in einem trockenen Raum.

Achten Sie darauf, dass der Swing Zapper nicht mit Wärmequellen wie Kaminen, Gasöfen, offenen Flammen usw. in Berührung kommt.

Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es von Meditech Europe repariert werden.

2.5 Notfallmaßnahmen

Wenn ein Feuer ausbricht, muss ein für elektronische Geräte geeigneter Feuerlöscher verwendet werden.



3 Lieferumfang

1x Swing Zapper

2x AA Batterie

In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Abbildungen der einzelnen Ausführungen sind der Website von Meditech Europe zu entnehmen.

www.meditecheurope.nl



4 Technische Beschreibung

4.1 Übersicht

Der Swing Zapper erzeugt Frequenzen.

4.2 Typenschild



Abb. 4.2 Typenschild

Lieferant	: Meditech Europe B.V.
Daten	: Typ und Leistung
Chargennummer	: Einmalig pro Charge



5 Transport

Beim Umgang mit dem Swing Zapper ist Vorsicht geboten.

5.1 Vor dem Transport

Meditech Europe verpackt den Swing Zapper sorgfältig für den Transport oder die Abholung.

5.2 Transport des Geräts

Der Swing Zapper muss in einer Schutzverpackung transportiert werden.

5.3 Auspacken des Geräts

Beim Auspacken des Swing Zappers ist Vorsicht geboten. Dabei dürfen keine scharfen/spitzen Werkzeuge verwendet werden. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, es ist empfindlich.



6 Bedienung des Geräts

6.1 Bedienung des Geräts

Setzen 2 AA-Batterien ein.

Schließen Sie die Stab-/Plattenelektroden mit den Kabeln (rot links und schwarz rechts) an den Swing Zapper an.

Legen Sie den Swing Zapper auf einen stabilen, trockenen, nicht zu glatten Untergrund.

1. Bringen Sie die Stab-/Plattenelektroden in die richtige Position und drücken Sie auf ON.
2. Wenn das Lämpchen blinkt, ist der Swing Zapper aktiv.
3. Der Swing Zapper durchläuft automatisch ein siebenminütiges Programm.
4. Nach sieben Minuten schaltet er sich automatisch ab.

Danach müssen Sie 20 Minuten warten.

Beginnen Sie nach 20 Minuten erneut mit den Schritten 1 + 2 + 3 + 4.

Machen Sie danach erneut eine 20minütige Pause.

Dann beginnen Sie zum dritten Mal mit den Schritten 1 + 2 + 3 + 4.

Nach dem dritten Durchgang ist das Programm abgeschlossen.

Wiederholen Sie dies zu Beginn täglich. Nach einer Woche ist es nur noch jeden zweiten Tag erforderlich.

6.2 Wechsel der Batterien

Öffnen Sie die Klappe an der Rückseite des Swing Zappers und wechseln Sie die Batterien. Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind, mit + und - in den richtigen Positionen. Setzen Sie die Klappe wieder auf der Rückseite ein.



7 Hilfe bei Störungen

Funktioniert das Gerät nicht gemäß den in Kapitel 6 beschriebenen Schritten, dann kann das Gerät zurückgesetzt werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und beginnen Sie erneut mit den in Kapitel 6 genannten Schritten.



8 Außerbetriebsetzung

8.1 Entsorgung und Recycling

Für die Entsorgung und das Recycling des Swing Zappers wenden Sie sich bitte an Meditech Europe. Meditech Europe nimmt gern alle Produkte zur Entsorgung und Wiederverwertung gemäß den Umweltschutzvorschriften entgegen.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie als Nutzer/in das Produkt selbst entsorgen möchten.



9 Garantie

Meditech Europe bietet eine zweijährige Garantie auf den Swing Zapper.

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von anderen Personen als dem Fachpersonal von Meditech Europe geöffnet wurde.

Meditech Europe übernimmt keinerlei Haftung für den Missbrauch, den unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden aufgrund einer anderen als der in dieser Anleitung beschriebenen Nutzung.

Serviceadresse

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Niederlande


Telefon: +31 527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 EG-Konformitätserklärung

 Meditech Europe			
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG			
HERSTELLER			
Name des Unternehmens:	Meditech Europe		
Vollständige Adresse:	Daalder 14		
Postleitzahl:	8305 BE		
Stadt:	Emmeloord		
Land:	Niederlande		
Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen zuständige Person:	Frau J. Kraaij / Betriebsdirektorin		
BESCHREIBUNG UND IDENTIFIZIERUNG DES GERÄTES			
Allgemeine Bezeichnung:	Swing Zapper		
Verwendung:	Der Swing Zapper ist ein Gerät, das Frequenzen erzeugt.		
Typ:	500060		
Handelsname:	Swing Zapper		
VEREINBARUNG			
<i>Der Hersteller erklärt, dass die oben genannte Gerät allen geltenden Bestimmungen der</i>			
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863			
<i>Dabei wurden die folgenden harmonisierten Normen und gegebenenfalls technische Normen und Spezifikt ionen verwendet</i>			
EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016			
Stadt:	Emmeloord	Name:	Herr R. Frankhuisen
	Niederlande	Position:	Eigentümer
Datum:	1. Februar 2024	Unterschrift:	
